



Тест за бременност

С индикатор за зачатие

1 НАПРАВЕТЕ ТЕСТА

Когато сте готова за тестването, извадете тестовия стик от фолиевата опаковка и отстранете синята капачка. Използвайте тестовия стик веднага.

**ИЛИ
ТЕСТВАЙТЕ ВЪВ ВАШАТА СТРУЯ УРИНА**

- Поставете само абсорбиращия накрайник за прока, ориентиран надолу, в струята на урината си **само за 5 секунди**.
- Внимавайте да не намокрите останалата част от тестовия стик.
- Можете да поставите капачката на мястото ѝ и да оставите тестовия стик върху равна повърхност.



ИЛИ

СЪБЕРЕТЕ ПРОБА ОТ УРИНАТА СИ В ЧИСТ И СУХ КОНТЕЙНЕР

- Поставете само абсорбиращия накрайник за прока, ориентиран надолу, в урината, както е показано, **само за 20 секунди**.
- Можете да поставите отново капачката и да оставите тестовия стик върху равна повърхност.



По време на тестването **никога** не дръжте тестовия стик с абсорбиращ накрайник за прока, ориентиран нагоре.

2 ИЗЧАКАЙТЕ...

- Символът за изчакване ще мига, за да покаже, че тестът работи.
- Когато символът за изчакване спре да мига, резултатът ще се появи. Ако символът за изчакване не се покажи, след като сте използвали теста, **вижте грешки в тестовете от „Въпроси и отговори“**.



3 ВИЖТЕ РЕЗУЛТАТА СИ

Тестът за бременност Clearblue® DIGITAL има **индикатор за зачатие**, който показва прогнозния момент на зачеване. Тази информация се показва на дисплея заедно с резултата „Бременна сът“.

- В рамките на **3 минути** дисплеят ще покаже вашия резултат.
- Резултатът „Бременна сът“ може да се покаже на дисплея **преди** резултата на индикатора за зачатие. **Изчакайте**, докато символът за изчакване спре да мига, за да видите резултата на индикатора за зачатие. Това може да отнеме до 3 минути.
- Някои резултати може да се покажат и след 1 минута.
- Резултатът ви ще остане на дисплея за около 24 часа.
- Ако резултатът ви е „Бременна сът“, трябва да се консултирате със своя лекар, който да ви посъветва какво да предприемат след това. Вашият лекар ще изчили етапа на бременността ви на базата на първия ден от последната ви менструация.
- Зачеването се получава около 2 седмици преди следващата очаквана менструация. Индикаторът за зачатие дава прогнозен момент на зачеване.
- Индикаторът за зачатие е с точност 93% при определяне на момента на зачеване. Прогнозата се базира на нивото на бременността hCG (човешки хорион гонадотропин), в урината ви. Нивото на hCG се различава при различните жени и поради това е възможно понякога индикаторът за зачатие да покаже подвеждащи резултати. Точността на резултата „Бременна сът“/„Не сте бременни“ е над 99%, когато се тестват от дена на очакваната менструация.

Как да тълкувате резултатите		
Резултати	Време от зачеването	Как лекарят ви ще датира бременността (на основата на 28-дневен цикъл)*
●	Резултатът ви е „Не сте бременни“ възле въпрос 10 от „Въпроси и отговори“.	-
○ 1-2	Резултатът ви е „Бременна сът“ и се заченали преди около 1-2 седмици.	3-4 седмици
○ 2-3	Резултатът ви е „Бременна сът“ и се заченали преди около 2-3 седмици.	4-5 седмици
○ 3+	Резултатът ви е „Бременна сът“ и се заченали преди повече от 3 седмици.	5+ седмици

*Лекарят ви ще датира бременността от първия ден на последната ви менструация, а не от момента на зачеването.

Грешки в тестовете

Прочетете раздела „Грешки в тестовете“, ако сте използвали тестовия стик и дисплеят не показва никой от резултатите на тази страница.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

1 Как работи тестът за бременност Clearblue® DIGITAL?

Когато сте бременна, тялото ви произвежда хормона на бременността hCG (човешки хорион гонадотропин). Количество на hCG в тялото се повишава по време на ранна бременност. Clearblue® може да разпознава малки количества от този хормон в урината ви (чувствителността на този тест е 25 mIU/ml). Въз основа на нивото на hCG в урината ви индикаторът за зачатие прогнозира момента на зачеване.

2 Колко точно е точен тестът за бременност Clearblue® DIGITAL в разпознаването на бременност?

При лабораторни изпитвания тестът за бременност Clearblue® е с точност над 99% при разпознаване на бременност, когато се използва от дена на очакваната менструация. Ако се тествате преди дена на очакваната менструация и получите резултат „Не сте бременни“, все пак има шанс да сте бременни. **Вижте въпрос 4.**

3 Колко точно е индикаторът за зачатие на теста за бременност Clearblue® DIGITAL?

Индикаторът за зачатие е с точност 93% при определяне на момента на зачеване. Прогнозата се базира на нивото на hCG в урината ви. Нивото на hCG се различава при различните жени и поради това е възможно понякога индикаторът за зачатие да покаже подвеждащи резултати. Установено е, че индикаторът за зачатие е 97% в съответствие с извършено впоследствие ултразвуково изследване (11–13 седмици). На базата на проучвания на 187 жени, при които резултатите (1-2, 2-3, 3+ седмици след зачеване) са сравняни с ултразвуково изследване. Ако се тествате повече от 6 седмици след зачеването, индикаторът за зачатие може да покаже неочаквани резултати. Това се дължи на факта, че нивото на hCG в урината ви е търде високо, за да може тестът да покаже точна прогноза за времето, изминалото от момента на зачеването.

4 Кога мога да се тествам с теста за бременност Clearblue® DIGITAL?

Тестът за бременност Clearblue® DIGITAL може да се използва до 5 дни преди зачеването на менструацията (което е 4 дни преди очакваната менструация). Ако се тествате преди дена на очакваната менструация и получите резултат „Не сте бременни“, все пак има шанс да сте бременни. Вижте таблицата по-долу за резултати от клинични изпитвания на теста за бременност Clearblue® DIGITAL с пробы на ранна бременност.

преброите дните от първия ден на менструацията до дена преди началото на следващата менструация.

- Ако имате нередовен цикъл, трябва да вземете предвид най-дългия цикъл през последните месеци преди тестването.
- Ако нямаете представа кога да очаквате менструацията си, препоръчваме да се тествате не по-рано от 19 дни след последния път, когато сте имали сексуален контакт без предпазни средства.

5 Може ли лекарство или медицинско състояние да повлияе на резултата?

- Винаги четете инструкциите на производителя на всички лекарства, които приемате, преди да извършите теста.
- Лекарства за забременяване, съдържащи hCG, могат да дадат подвеждащи резултати (такива лекарства за забременяване обикновено се поставят с инжекция и тестването търде скоро след приема им може да покаже фалшив резултат „Бременна сът“).
- Друг тип терапии за забременяване (например кломифен цитрат), обезболиващи и хормонални контрацептиви (напр. контрацептивни таблетки) не би трябвало да повлият на резултата.
- Ако насокор сте спрели да приемате хормонални контрацептиви или се подлагате на терапии за забременяване, като кломифен цитрат, цикълът ви може да е нередовен, което да доведе до тестване търде скоро.
- Ако насокор сте била бременна (дори ако не сте износила напълно плода), може да получите фалшив резултат „Бременна сът“.
- Ако наблюдавате менопауза, може да получите фалшив резултат „Бременна сът“ дори ако не сте бременна.
- При ектоцина бременност и овариални кисти могат да се получат подвеждащи резултати.
- При многоплодна и ектоцина бременност може да се получат подвеждащи резултати на индикатора за зачатие. Ако получите неочаквани резултати, трябва да се консултирате с вашия лекар.

6 Тестът показва, че съм бременна. Какво да правя?

Ако резултатът ви е „Бременна сът“, трябва да се консултирате със своя лекар, който да ви посъветва какво да предприемат след това. Индикаторът за зачатие дава само прогноза за момента на зачеване. Лекарят ви ще изчили етапа на вашата бременност на базата на първия ден от последната ви менструация. Зачеването се получава около 2 седмици преди следващата очаквана менструация.

7 Тестът показва, че съм бременна, но не съм смятана, че съм зачена тогава, когато индикаторът за зачатие показва. Това възможно ли е?

Индикаторът за зачатие е с 93% точност, когато се тества първата сутрешна урина. Някои лекарства или медицински състояния може да повлият на резултата. **Вижте въпрос 5.**

8 Предходен тест показва „Бременна сът“, но се тестваш отново и получих резултат „Не сте бременни“ или менструацията ми дойде. Какво означава това?

Макар че тестът е с над 99% точност при разпознаване на хормона на бременността от дена на очакваната менструация, е възможно да получите резултат „Бременна сът“ и по-късно да установите, че не сте бременни (т.e.

по-късно може да получите резултат „Не сте бременни“ или менструацията ви да дойде). Това може да се дължи на естествено прекъсване на бременността през ранните етапи, известно е като „ранно прекъсване на бременността“, което за съжаление не е рядко срещано, тъй като 1 от всички 4 бременностни завършва с ранно прекъсване на бременността. Ако получите неочаквани резултати, консултирайте се с лекаря си за съвет.

9 Тествах се преди това и резултатът беше „Бременна сът“. Тествах се отново и според индикатора за зачатие броя седмици след зачеването ми е намалял. Какво да правя?

Ако сте се тествали според инструкциите, като сте използвали първата сутрешна урина и в дната следчия, индикаторът за зачатие е показвал неочаквани резултати, тържава да се консултирате с лекаря си.

10 Тестът показва, че не съм бременна. Какво да правя?

Възможно е да не сте бременна или нивото на хормона на бременността все още да не е достатъчно високо, за да може да бъде разпознат, или може да сте изчислили погрешно дена на очакваната менструация.

- Ако сте се тествали рано, тествайте се отново, когато се очаква менструацията ви.
- Ако менструацията ви е закъсняла, тествайте се отново след 3 дни. Ако отново получите резултат „Не сте бременни“ и все още нямаете менструация, консултирайте се със своя лекар.

ГРЕШКИ В ТЕСТОВЕТЕ

Грешка с книшка – възникнала е грешка при тестването. Причината може да е, че:

- Абсорбиращият накрайник за прока не е бил ориентиран надолу или тестовият стик не бил поставен върху равна повърхност след прилагане на урината.
- Приложено е търде голямо или търде малко количество урина.

Необходимо е да се тествате отново, като използвате нов тест и се постарате да следвате точно инструкциите.

Празен дисплей – Тестът не е извършен, както се очаква. Това може да се дължи на неспазване на инструкциите. Ще трябва да извършите друг тест.

Следвайте внимателно инструкциите за употреба.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ВАШИЯ ТЕСТ

Отстранете батерията, преди да изхвърлите тестовия стик. Изхвърлянето на батерията трябва да се извърши съгласно подходяща схема за рециклиране. За да я отстраните, пъхнете монета в слота в края и завъртете, за да отворите задната част на тестовия стик. Ако батерията не се вижда, пъхнете държача на батерията навън по посока на стрелката, за да улесните отстраняването.

Внимание: Не разглобявайте, не презареждайте или не изхвърляйте батерии в огън. Изхвърлете останалата част от стика съгласно съветната схема за рециклиране на електрическо оборудване. Не изхвърляйте електрическо оборудване в огън.

Ако резултатът е „Не сте бременни“, но вие все още подозирате бременност, **вижте въпрос 10.**

За да разберете кога да очаквате менструацията си, изчислете обичайната продължителност на цикъла си, като



0843

Това устройство отговаря на изискванията за електромагнитни емисии на EN61326. Следователно неговите електромагнитни емисии са ниски. Не се очакват смущения от друго електрическо оборудване. Този тест не трябва да се използва в близост до източници на съильно електромагнитно излъчване, например мобилни телефони, тъй като те могат да попречат на правилната работа

на теста. За да избегнете формиране на електростатичен разряд, не използвайте теста в много суха среда, особено такава, в която има синтетични материали.

Домашен тест за бременност. Да не се приема вътрешно. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Оставете на стайна температура за 30 минути, преди да се тествате, ако се тества отстъпяне.

Този продукт съдържа батерии. Изхвърляйте в хладилник. Да не се използва, ако фолиевата опаковка, съдържаща тестовия стик, е повредена. Да не се използва тестов стик с истекъл срок на годност.

Дистрибутор: OVLASTENI ZASTUPNIK ZA RH: Orbico d.o.o. Koturška 69, Zagreb, Хърватия

www.clearblue.com

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Женева, Швейцария.

Clearblue е търговска марка на SPD. © 2015 SPD. Всички права запазени. Произведено в Китай.

Дистрибутор: OVLASTENI ZASTUPNIK ZA RH: Orbico d.o.o. Koturška 69, Zagreb, Хърватия

IVD	Медицинско изделие за инвентро диагностика	LOT	Партиден номер	Не използвайте повторно
24	Температурно ограничение 2°C-30°C		Да се използва до дата:	Производител

Дистрибутор: OVLASTENI ZASTUPNIK ZA RH: Orbico d.o.o. Koturška 69, Zagreb, Хърватия